



Especificação Técnica

Luva Cirúrgica

MAXITEX

REG N°.: 082

N° DE REVISÃO: 02

DATA DE REVISÃO: 25/11/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICA :

SIMARA COLOMBI COREN/SC 273.138

Nome Técnico: Luva Cirúrgica – Marca MAXITEX

Nome: Comercial: Luva para procedimento Cirúrgico de látex – Com Pó

Certificado de Conformidade - INMETRO: CE-LVL/ICEPEX-I 00005-33

Certificado de Aprovação – CA: 30.314

Registro ANVISA: **80748910002**

Descrição Técnica:

Luva para procedimento cirúrgico, confeccionada em látex de borracha natural, com alta sensibilidade tátil, impermeável, formato anatômico, superfície texturizada, lubrificada com pó Bioabsorvível atóxico, Hipoalergênicas, Esterilizadas por irradiação com embalagem BLISTER, possuindo na embalagem indicação de mão direita e esquerda proporcionando abertura asséptica.



TAMANHOS	CAIXA COMERCIAL	CAIXA DE TRANSPORTE	PESO	LARG	ALT	COMP	CÓDIGO DE BARRAS
6,0	50 pares	200 pares	5,7	0,17	0,38	0,53	7898949 349013
6,5	50 pares	200 pares	5,9	0,17	0,38	0,53	7898949 349020
7,0	50 pares	200 pares	6,1	0,17	0,38	0,53	7898949 349037
7,5	50 pares	200 pares	6,3	0,17	0,38	0,53	7898949 349044
8,0	50 pares	200 pares	6,4	0,17	0,38	0,53	7898949 349051
8,5	50 pares	200 pares	6,6	0,17	0,38	0,53	7898949 349068
9,0	50 pares	200 pares	7,1	0,17	0,38	0,53	7898949 349075

Dimensões e Tolerâncias:

TAMANHO	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	ESPESSURA ÁREA LISA (MM)	ESPESSURA ÁREA COM TEXTURA (MM)
6,0	77 ± 5mm	≥ 260	≥ 0,10	≥ 0,13
6,5	83 ± 5mm	≥ 260	≥ 0,10	≥ 0,13
7,0	89 ± 5mm	≥ 270	≥ 0,10	≥ 0,13
7,5	95 ± 5mm	≥ 270	≥ 0,10	≥ 0,13
8,0	102 ± 6 mm	≥ 270	≥ 0,10	≥ 0,13
8,5	108 ± 6 mm	≥ 280	≥ 0,10	≥ 0,13
9,0	114 ± 6 mm	≥ 280	≥ 0,10	≥ 0,13

Orientações para o uso e aplicação correta do produto:

A Luva Cirúrgica MAXITEX é utilizada em procedimentos cirúrgicos invasivo nos quais exista a necessidade de proteção do profissional e o paciente.

Para uso correto do produto, primeiramente deve ser feita assepsia com lavagem das mãos e posterior secagem das mesmas para que em seguida as luvas sejam calçadas cuidadosamente, sem anéis, pulseiras ou outros que possam perfurar a luva; verificar tamanho adequado, conforme indicação na embalagem.

Rua Ricardo Georg, n°. 1115 – Itoupava Central – 89.069-100 – Blumenau – SC

Fone: (47) 3702 3600 .

CNPJ: 12.936.659/0001-33 – I.E.: 256.266.247



Especificação Técnica Luva Cirúrgica MAXITEX

REG N°.: 082

N° DE REVISÃO: 02

DATA DE REVISÃO: 25/11/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICA :

SIMARA COLOMBI COREN/SC 273.138

Precauções, restrições, advertências e cuidados especiais:

- Contém látex de borracha natural;
- Existem casos isolados de reações alérgicas ao látex;
- Havendo irritação da pele, suspenda o uso do material e procure orientação médica;
- Não utilizar se a embalagem estiver violada;
- Produto de uso único - nunca reutilizar a luva - destruir após o uso;
- Desprezar a luva sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Observe o tamanho da luva antes do uso para evitar que a mesma se rasgue;
- Armazenar em local fresco e seco, à temperatura ambiente.

Classificação: As luvas Cirúrgicas MAXITEX atendem as **Portarias 332 e 451 do INMETRO, ABNT NBR ISO 10282 e NR6 do MINISTÉRIO DO TRABALHO.**

**Responsável Técnica: Simara Colombi
COREN/SC 273.138**